

INFORME DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES EN L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE I CESSIÓ DELS EQUIPS ANALITZADORS NECESSARIS DESTINATS AL SERVEI DE LABORATORI DE LA FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D'URGELL (LLEIDA), PER A LES DETERMINACIONS DE BIOQUÍMICA CLÍNICA (INCLÒS URIANÀLISI AMB TIRA REACTIVA), HEMATOLOGIA (HEMATIMETRIA) I IMMUNOLOGIA

Prèviament a passar als criteris objectius o avaluables de forma automàtica, cal recordar que a l'apartat 21 del quadre de característiques es va fer constar que :

Els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 30 punts en els criteris subjectius o susceptibles de judici de valor no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica i de la resta de criteris objectius o avaluables de forma automàtica.

| | |
|-----------------|-------------------|
| | Puntuació sobre B |
| BECKMAN COULTER | 43 |

Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 50 punts)

1. Oferta econòmica fins a 42 punts

Obtenint la màxima puntuació l'oferta més econòmica i puntuant-se la resta d'ofertes econòmiques segons la fórmula següent:

$$Px=(A/Xp)*y$$

On

Px Puntuació del licitador

A Oferta econòmica més baixa

Xp Oferta econòmica del licitador

y Puntuació màxima de l'apartat

| | Oferta econòmica | Puntuació |
|-----------------|------------------|-----------|
| BECKMAN COULTER | 127.499 | 42 |

2. Compromís de Garantia Tècnica dels equips analítics: fins a 5 punts


Obtindrà 5 punts el licitador que presenti el compromís de garantia de tots els apartats relacionats i 0 punts qui no presenti compromís de garantia tècnica dels equips analítics o només presenti d'algun d'ells.

El temps de resposta haurà d'expressar-se en hores a comptar des de la recepció de l'avís

✓ Per als equips de Bioquímica Clínica i Hematologia:

En el cas d'avaria simultània dels dos equips (rutina i urgències), garantia de reparació d'un dels equips en menys de 24 hores.

En el cas d'avaria d'un dels equips (rutina o urgències), garantia de reparació en menys de 48 hores



Per als equips de Bioquímica Clínica i Hematologia BECKMAN COULTER garanteix la reparació d'un dels equips en menys de 24 hores, en el cas d'avaría simultània dels dos equips (rutina i urgències)

En el cas d'avaría d'un dels equips (rutina o urgències), garanteix la reparació en menys de 48 hores

✓ Per a l'equip d'Immunologia:

En el cas d'avaría de l'equip, garantia de reparació en menys de 48 hores

Per a l'equip d'Immunologia BECKMAN COULTER garanteix, en el cas d'avaría de l'equip, la reparació en menys de 48 hores

3. Termini més curt del Pla d'execució: fins a 3 punts

Obtenint la màxima puntuació l'empresa que presenti el termini de temps més baix i la resta de forma proporcional segon la següent fórmula:

$P = \text{Puntuació màxima} \times \text{Termini de temps més baix en hores} / \text{Termini de temps en hores de l'oferta que es valora}$

| | Pla d'execució | Puntuació |
|-----------------|----------------|-----------|
| BECKMAN COULTER | <3 mesos | 3 |

BECKMAN COULTER es compromet a dur a terme un pla d'execució (pla de posta en marxa) en menys de 3 mesos.

Quantificació i resum de la valoració total de l'expedient de contractació

| | Criteris subjectius | Valoració econòmica | Garantia tècnica | Capacitat resposta | Puntuació Total | Ordre classificació |
|------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Puntuació màxima | 50 | 42 | 5 | 3 | 100 | |
| BECKMAN COULTER | 43 | 42 | 5 | 3 | 93 | 1 |

Dr. Ferran Gómez i Grau

Dr. Victor Farre i Guerrero

Barcelona, 15 de setembre de 2017