

Contractació del Subministrament d'equipament electromedic per l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues.

Nota informativa esmena ANNEX I.1 Criteris Minims LOT 4.

En el document excel Annex I.1 Criteris_Mínims_Lot 1 s'ha detectat el següent error:

EQUIP ANESTÈSIA AVANÇAT

On diu:

“Ventilador de pistó accionat electrònicament per a una administració precisa de volum tidal”,

Ha de dir:

S'elimina dita menció.

On diu:

“ Sistema automàtic d'anestèsia amb vaporitzadors d'injecció”

Ha de dir:

“Sistema de dosificació d'agents anestèsics amb vaporitzadors”

EQUIP ANESTÈSIA AVANÇAT

On diu:

“Els circuits s'han de poder separar tan manual com automàticament”

Ha de dir:

“El circuit de ventilació manual i automàtica s'han de poder separar”

A fi d'esmenar l'error es publica un nou excel on s'incorpori la correcció descrita.

Esplugues de Llobregat, 28 de novembre de 2023