

**ACTA DE VALORACIÓ CRITERIS SUBJECTIUS I/O CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR
DE LES OFERTES TÈCNiques DE LA LICITACIÓ:**

"Subministrament d'una Ressonància Magnètica de 1'5T i adequació de l'espai"

MESA DE CONTRACTACIÓ:

President: Albert Bota i Arqué, Director d'Infraestructures HSJD

Secretari: Lluïsa Santamaria Cunill, Responsable Projectes Dir.Econòmica

Vocal: Melania Zaguirre Sanchez, Cap de Compres

Vocal: Francesc García Cuyás, Adjunt Direcció Mèdica

Vocal: Josep Munuera del Cerro, Cap de Servei de Diagnòstic per la Imatge

Vocal: Xavier Escayola Elias, Responsable de Bioenginyeria

MANIFESTEN:

1. Que s'han examinat un total de 3 ofertes
2. Que pel que fa al contingut del sobre B, no s'ha exclòs cap oferta atès que tots els licitadors han presentat la documentació sol·licitada.
3. Que havent revisat i analitzat tècnicament les ofertes presentades, s'ha procedit a atorgar als licitadors les puntuacions dels punts objectes de valoració subjectiva i/o criteris susceptibles de judici de valor, segons els criteris de valoració establerts en el punt 19.3 del quadre de característiques específiques. (annex s'adjunten els quadres de les puntuacions assignades als licitadors per cadascun dels lots)

I per tal que així consti, s'estén la present acta que és signada pel President i el Secretari de la Mesa de Contractació.

Esplugues de Llobregat, 10 de setembre de 2021


El President

Sr. Albert Bota



La Secretària

Sra. Lluïsa Santamaria

Valoració Criteris Subjectius i/o Susceptibles de Judici de Valor

Projecte: "CONTRACTACIÓ D'UNA RESSONÀNCIA MAGNÈTICA DE 1'5T I ADEQUACIÓ DE L'ESPAI PER L'HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU"

Expedient: SJD 3/21

Proveïdor:	CANON MEDICAL SYSTEMS, S.A.	PHILIPS IBERICA, S.A.U.	GENERAL ELECTRIC HEALTHCAREESPAÑA, S.A.U.
1.- Prestacions tècniques i funcionals	màxim 30 punts	18 punts	30 punts
Imant			
Es valorarà el pes mínim de l'imatge amb criogenos	màxim 2 punts	1,5 L'oferta presenta un pes de 3.810kg	2 L'oferta presenta un pes de 2.300kg
Es valorarà una homogeneïtat garantida 40cm DEV (VRMS) menor a 1 ppm	màxim 3 punts	1 No és menor a 1 ppm	3 Menor a 1 ppm
Sistema de gradient			
Es valorarà un camp de visió superior a 50x50x50 cm.	màxim 2 punts	2 L'oferta presenta un camp de visió superior i igual a les altres ofertes	2 L'oferta presenta un camp de visió superior i igual a les altres ofertes
Sistema Radiofreqüència (RF)			
Es valorarà canals de radiofreqüència superiors a 64 canals	màxim 3 punts	2 L'oferta presenta un valor de 128	3 L'oferta presenta un valor de 450, sent una diferència de més de 300 canals amb la pitjor proposta
Es valorarà rangs dinàmics de canal en el receptor superiors a 164dB	màxim 3 punts	0 L'oferta no presenta valors superiors al valor descrit	3 L'oferta presenta valors superiors al valor descrit
Es valorarà la possibilitat de digitalització de la senyal de RF rebuda en les antenes de superfície	màxim 3 punts	3 L'oferta compleix amb el descrit	3 L'oferta compleix amb el descrit
Antenes			
Es valorarà la inclusió de bobina neurovascular pediàtrica dedicada i específica	màxim 3 punts	3 L'oferta inclou la bobina descrita	3 L'oferta inclou la bobina descrita
Es valorarà la inclusió de bobina cardio/torax pediàtrica dedicada i específica	màxim 3 punts	0 L'oferta NO inclou la bobina descrita	3 L'oferta inclou la bobina descrita
Sistema de pacient			
Es valorarà que hi hagi més d'una pantalla tàctil en el gantry per manipular dades de l'estudi i pacient	màxim 2 punts	0 L'oferta proposa una sola pantalla tàctil	2 L'oferta proposa 2 pantalles tàctils
Indicar el sistema utilitzar per a la detecció precisa de l'ona respiratòria, registre i sincronisme sense estar en contacte amb el pacient ni utilitzar cinturó	màxim 2 punts	2 L'oferta compleix amb el descrit	2 L'oferta compleix amb el descrit
Consola de l'operador			
Es valorarà la màxima velocitat de processament mesurada en número de reconstruccions per segon per a un FOV complet i una matriu de 256x256	màxim 2 punts	1,5 L'oferta presenta un número de 32.000	2 L'oferta presenta un número de 100.000
Es valorarà la possibilitat de planificació automàtica d'estudis en les següents anatomies tals com Crani, genoll, espatlla, columna cervical, columna lumbar. Indicar la forma d'automatització	màxim 2 punts	2 L'oferta compleix amb el descrit	2 L'oferta compleix amb el descrit
2.- Paquets clínics	màxim 3 punts	3 punts	3 punts
Mètodes d'acceleració. Es valorarà la inclusió de mètodes d'acceleració avançada en adquisició basats en reconstrucció iterativa compatible amb DWI, FLAIR 2D/3D, SWIp 3D, TurboSE/FastSE 2D i 3D, DIXON GRE 2D i 3D, TOF 3D i Phase Contrast 3D, Flux, CINE, Sang Negre.	màxim 3 punts	3 L'oferta inclou els mètodes d'acceleració amb les compatibilitats requerides	3 L'oferta inclou els mètodes d'acceleració amb les compatibilitats requerides
3.- Aspectes assistencials	màxim 5 punts	5 punts	5 punts
Explicar el procés per tal de modificar i compartir els protocols d'adquisició realitzats, entre els diferents dispositius d'imatge de l'hospital	màxim 2 punts	2 L'oferta compleix amb el descrit	2 L'oferta compleix amb el descrit
Explicar com es realitzarà el processament d'imatge nativa en la plataforma Portal evitant qualsevol compatibilitat	màxim 2 punts	2 L'oferta compleix amb el descrit	2 L'oferta compleix amb el descrit
Explicar els protocols de seguretat en ressonància magnètica integrats en el procés d'adquisició d'imatge	màxim 1 punt	1 L'oferta compleix amb el descrit	1 L'oferta compleix amb el descrit
4.- Ampliació de la garantia	màxim 2 punts	2 punts	2 punts
Explicar el pla de garantia i el temps d'ampliació del termini.	màxim 2 punts	2 L'oferta presenta 1 any de garantia	2 L'oferta presenta 1 any de garantia
5.- Formació	màxim 2 punts	2 punts	2 punts
Explicar el pla de formació inicial i el pla de formació continuada, el temps de formació presencial, el tipus de professional que realitzarà les formacions i els rols als que se li realitzarà la formació.	màxim 2 punts	2 L'oferta compleix amb els requisits sol·licitats a nivell formatiu	2 L'oferta compleix amb els requisits sol·licitats a nivell formatiu
PUNTAUCCIÓ TOTAL	màxim 42 punts	30 punts	42 punts